



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Г. РЯЗАНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВОДОКАНАЛ ГОРОДА РЯЗАНИ»

**Отзыв
О проведении тестовых замеров расхода воды**

27 июля 2012 года персоналом отдела АСУ МП «Водоканал города Рязани» совместно с представителями компании ЗАО «Теккноу» были произведены работы по измерению расхода воды на водоводе Окской очистной водопроводной станции. Замеры проводились с использованием ультразвукового переносного расходомера FLUXUS ADM F601(F) с накладными датчиками производства немецкой фирмы FLEXIM. Целью проведения тестовых замеров являлось определение возможности применения данного расходомера для оперативного измерения расхода воды на объектах без прерывания процесса подачи воды в сеть, а так же сравнение измеренного расхода с уже установленным стационарным прибором учета.

Вывод: Прибор с накладными датчиками FLUXUS ADM F601(F) показал стабильную работу и устойчивое качество передаваемого сигнала. Мгновенный расход при сравнении со стационарным прибором не вышел за границы допустимой погрешности. Преимуществами прибора FLUXUS ADM F601(F) с накладными датчиками являются:

- быстрота монтажа датчиков на водовод;
- качество передаваемого сигнала;
- возможность производить замеры без вмешательства в процесс подачи воды;
- простота интерфейса вторичного прибора;
- небольшие габариты и удобство транспортировки;

Заключение: Представленный расходомер FLUXUS ADM F601(F) с накладными датчиками рекомендуется к применению на МП «Водоканал города Рязани» в качестве оперативного переносного расходомера.

Благодарим сотрудников ЗАО «ТЕККОУ» за проведение демонстрационных замеров, надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Начальник участка КИПиА

Блинников Р.С.

Начальник отдела АСУ

Овчинников Э.А.