

УТВЕРЖДАЮ
Главный метролог-
Начальник службы заказчика
по ИТАТ
П. Ф. Рогожников

Акт

Мы нижеподписавшиеся, настоящим актом подтверждаем, что 21.09.2011, а также 06.10.2011, 12.10.2011 на установке каталитического риформинга Л35-11/300М сотрудниками компании ЗАО «Текноу» проводились замеры расходов охлаждающей воды с помощью портативного ультразвукового расходомера Fluxus F601. Общий расход воды на установку составил 1050 м³/ч (замеры от 21.09.2011). Также было проведено сличение показаний портативного расходомера со стационарным расходомером. По замерам в 10-и точках разводки воды на установке компанией Текноу был подготовлен отчёт с графиками замеров (прилагается).

Портативный ультразвуковой расходомер Fluxus F601 показал себя в работе с лучшей стороны. Быстрый и удобный монтаж накладных датчиков, удобная настройка прибора, достаточные метрологические характеристики и межповерочный интервал 4 года позволяют рекомендовать портативный прибор для эксплуатации службой КИПиА при оперативном измерении расхода.

Начальник установки Л 35-11-300 М

А.В. Черкашин

Заместитель начальника цеха №2

Ю. Г. Лосев

Ведущий инженер отдела КИПАиМ

М. Г. Шкиль